PR-Nummer: PR1242642 Anlage 2

Auftragsgegenstand: **Rahmenvereinbarung Laborhandschuhe**

Produkt: Nitril-Einmalhandschuh für Laborarbeiten

F Mindestanforderung - muss zwingend erfüllt werden

B Bewertungskriterium

BITTE KREUZEN SIE AN, OB SIE DIE GENANNTEN FORDERUNGSKRITERIEN ERFÜLLEN:

LV Pos.	Wert	Merkmal	Anforderung	Erfüllt
1	F	Material	Nitrilkautschuk, latexfrei	☐
2	F	Handschuhoberfläche	Fingerbereich texturiert oder vergleichbar griffig	☐
3	F	PSA-Kategorie	Kategorie III	☐
4	F	Chemikalienschutz	Zertifizierung nach EN ISO 374-1: 2016 + A1:2018 Typ B JKPT	☐
5	F	Schutz gegen Mikroorganismen	Zertifizierung nach EN ISO 374-5: 2016 einschließlich Virenschutz	☐
6	F	Allgemeine Anforderungen	EN ISO 21420	☐
7	F	ionisierende Strahlung und radioaktive Kontamination	EN 421: 2010	☐
8	F	Ausführung	puderfrei	☐
9	F	Trageeigenschaften	geeignet für Laborarbeiten und Feinmanipulationen	☐
10	F	Größen	XS, S, M, L, XL	☐
11	F	Antistatische Eigenschaft	Antistatisch gemäß EN 1149	☐
12	F	Silikonfreiheit	Silikonfrei	☐
13	F	Länge der Armstulpe	240 mm	☐
14	B	Dichtheitsprüfung	AQL ≤ 1,0	**Angabe AQL** ☐
15	B	Wandstärke Innenhand	mindestens 0,07 mm	**Angabe Wandstärke in mm** ☐
16	B	Wandstärke Fingerbereich	mindestens 0,11 mm	**Angabe Wandstärke in mm** ☐

☐

Unterschrift des Bieters

Hinweis:
Mit der Unterschrift wird die Richtigkeit der Angaben bestätigt,
dass etwaige hiervon abweichende Angaben in unserem Angebot keine Gültigkeit haben.