Leistungsbeschreibung Los 20

Test Körperflüssigkeiten

Aktenzeichen: PP OPF PV4.ZVS.8014.2026/02-EU

Stand: 07.10.2026

Inhalt

Allgemeiner Hinweis 3
Losinhalt 3
Bluttest 3
Schnelltest zum Nachweis von menschlichem Blut 3
Bluttest 3
Teststreifen zum Nachweis von Blut (Hemastix o. vgl.) 3
Spermatest 3
Testpapier zum Nachweis von Sperma (Phosphatesmo KM o. vgl.) 3

Allgemeiner Hinweis

Als Anforderungen in den Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen geforderte Leistungsanforderungen sind zwingend einzuhalten, das Nichterfüllen bereits eines dieser Kriterien führt zum Ausschluss des gesamten Angebots.

Einzureichende Nachweise sind zusammen mit dem Angebot vorzulegen, es sei denn, in den Vergabeunterlagen ist hiervon explizit eine Ausnahme formuliert.

Losinhalt

Dieses Los umfasst Tests auf Körperflüssigkeiten (Schnelltest Erkennung menschl. Blut; Teststreifen Blut; Testpapier Sperma), die am Tatort oder Asservaten als Vortest genutzt werden. Das Los hat 3 Positionen.

Es erfolgt eine verifizierende und wertende Teststellung bei Pos. 1.

	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Einzureichender Nachweis
Bluttest	**1**	**Schnelltest zum Nachweis von menschlichem Blut**	Verwendungszweck: - Test zum Nachweis von menschlichem Blut (Vortest). Anforderungen: - Schnelltest-Format - Vollblut in einer Verdünnung von mind. 1:100.000 feststellbar - Testergebnis nach 10 Minuten feststellbar lt. Anleitung - Funktionsweise: Reaktion auf menschliches Hämoglobin, Glykophorin A oder ähnliche geeignete humane Proteine - Haltbarkeit mind. 1 Jahr ab Auslieferung - Jeder Packung muss eine Bedienungsanleitung in deutscher Sprache beigefügt sein. - **Verifizierende und wertende Teststellung**	Technisches Datenblatt/Sicherheitsdatenblatt
Bluttest	**2**	**Teststreifen zum Nachweis von Blut (Hemastix o. vgl.)**	Verwendungszweck: - Teststreifen für die semiquantitative Bestimmung von Blut an Spuren/Antragungen (Vortest) Anforderung: - Länge der Streifen ca. 8 cm lang - Größe der reaktiven Fläche ca. 5 × 5 mm an einem Ende. - Der reaktive Bereich verfärbt sich beim Vorhandensein von Blut. - Hemastix Teststreifen (Siemens) o. vgl.	Technisches Datenblatt/Sicherheitsdatenblatt
Sper-	**3**	**Testpapier zum Nachweis von Sperma**	Verwendungszweck: - Testpapier zum Nachweis von saurer Phosphatase, Bestandteil von Sperma (Vortest)	Technisches

	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Einzu-reichender Nachweis
		(Phosphatesmo KM o. vgl.)	Anforderungen: - Qualitatives Testpapier - Der reaktive Bereich verfärbt sich beim Vorhandensein von Sperma. - Haltbarkeit: mind. 1 Jahr ab Auslieferung - Lagerbeständigkeit: mind. zwischen 4 - 30 °C - Phosphatesmo KM (Marcherey-Nagel) o. vgl.	Daten-blatt/Sicher-heitsdaten-blatt